MODULARIO M.A.P. - EX 22

(N. 151 / 3472 del Reg.)

EX MOD 25 P

Roma, 2 agosto 2004

Ministero dello Attività Produttive

Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori

Alle Camere di Commercio

LORO SEDI

Prot. N° 7151 Allegati

Risposta al Foglio N°

del

OGGETTO Divisione degli strumenti utilizzati nelle farmacie.

e, p.c. All'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

E' stato posto alla scrivente, da parte di alcune Camere di Commercio, il quesito circa l'utilizzo, da parte delle farmacie, di strumenti per pesare a funzionamento non automatico con indicazione digitale e con divisione reale (d).

Al riguardo si premette che:

- il decreto legislativo 517/92 di attuazione della direttiva europea 90/384/CEE, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, prevede che possano essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e quindi anche per la determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia (punto 5), solo strumenti che soddisfano i requisiti essenziali, senza peraltro definirne la classe di precisione e la divisione reale (d) o di verifica (e);
- le competenze di questo Ministero non prevedono la possibilità di stabilire la divisione degli strumenti da utilizzare nella preparazione di medicinali;
- la Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale nella riunione del 24 giugno 2004 ha modificato il punto 1) della tabella 6 nel modo seguente:
  1) *Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001 g) della portata di almeno 500g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al mg (d = 0,001 g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d = 0,50 g) della portata di almeno 2 kg ;*
- l'articolo 75 del Regolamento sul servizio metrico, tuttora vigente, può essere ritenuto applicabile solo nel caso in cui non esistano norme specifiche di settore.

Tenuto conto di quanto sopra, le Camere di Commercio sono tenute ad ammettere alla verificazione metrica gli strumenti conformi a quanto previsto dalla tabella 6 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana, cosi come modificata dalla Commissione permanente nella citata riunione del 24 giugno 2004.

Si prega inoltrare gli atti in oggetto alle Camere di Commercio e indicare nella risposta il N. di Protocollo della Direzione a cui si risponde.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

MODULARIO I.C.A. 23

Mod. 26 P

Pertanto, nel caso di strumenti con indicazione digitale del valore peso, dovranno essere ritenuti conformi alla norma ora citata quelli con una divisione reale (d) pari ad 0,001 g . Le considerazioni espresse da taluni uffici circa la definizione di "sensibilità" sono da ritenersi ininfluenti nei riguardi dell'argomento in questione.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Primicerio

FR/

Ministero delle Attività Produttive - Div. ... - Prot. n. ... del ...

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.